中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心音/呼吸音聽診模型 Heart sound / breath sound auscultation model				
編號	222020-001-W-027	制定者	林秀琴	公布日期	101 年 05 月 21 日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102 年 02 月 06 日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊縺	檢閱日期	112 年 07 月 03 日

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員，瞭解心音/呼吸音聽診模型之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

心音/呼吸音聽診模型（Life/form，型號：LF01144U）：

（一）操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.請將聽診器(Smartscope)及遙控器裝上電池。若無反應，請拆下電池重新安裝即可。	
2.遙控器具有省電功能裝置（8 分鐘），8 分鐘以上未使用操作，遙控器將自動關機。	
3.當要操作聽診練習，請緩慢地移動聽診器，模型內之感應區才可接受訊號，否則無反應。	
4.當聽診器無任何反應，請重新開機。若還是無訊號聲音時，請另挑選不同之心肺音選項，再進行測試即可。	
5.如外接擴音器，此時聲音只會從擴音器發出，聽診器則無聲音。	遙控器有效距離約15公尺。

（二）實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101 年 05 月 21 日醫學教育部內部會議通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓