中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小安妮急救人體模型 Mini-Anne CPR simulator				
編號	222020-001-W-028	制定者	林秀琴	公布日期	101 年 05 月 21 日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102 年 02 月 06 日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊縺	檢閱日期	112 年 07 月 03 日

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員，瞭解小安妮急救人體模型之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

小安妮急救人體模型（Laerdal，型號：140011）：

（一）操作步驟及要點說明：

步驟	說明
1.吹氣	
(1) 吹氣練習裝置	由口部至肺(a)經由臉部連接器(b)，氣道連接器單向辦膜(c)，進氣道管(d)，非再呼吸辦(e)，至肺管(f)。吹氣時，氣壓會使辦膜(g 及 h)移動至打開位置使空氣能夠通過。當吹氣停止時，辦膜(g)關閉，使得空氣無法回流至口鼻部。 
(2) 吹氣訊號燈	1.綠色信號燈：吹氣量達 0.8 公升(AHA)

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓

步驟	說明
A. 綠色信號燈：正確。 B. 橘色警示燈：過多 C. 紅色警示燈：錯誤	或 0.4 公升(ERC)。 2.橘色警示燈:吹氣量超過 1.2 公升(AHA)或 0.6 公升(ERC)。 3.紅色警示燈：吹氣速度過快
2.心外按摩 (1) 訊號燈 A. 綠色信號燈：正確 B. 橘色警示燈：過多 C. 紅色警示燈：錯誤	1.綠色信號燈：按壓深度 4 公分（1.5 英吋）。 2.橘色警示燈：按壓深度超過 5 公分（2 英吋）。 3.紅色警示燈：手部位置錯誤。
3.使用時注意事項 (1) 5 分鐘內沒有動作時，Skill guide 會自動回復至”OFF”。 (2) 若 Skill guide 為”ON”，但是手部位置錯誤的信號燈一直在閃，表示 Skill guide 與假人沒有連接好。	

（二）實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101 年 05 月 21 日醫教部內部會議通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

版權為中山醫學大學附設醫院所有，禁止任意抄襲、翻印及轉讓